

# フタの改造方法

- ・ 餌、給水瓶を置く部分の網を8本切断する。
- ・ 補強のL型ステンレス棒を設置する。
- ・ 側面のステンレス板を移動させる。

以上の改造により、給水パックのバスケットがケージフタに接触しなくなります。



改造前



改造後